

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 18/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů

EC DECLARATION OF CONFORMITY

with Council Directives 89/336/EEC (EMC), 73/23/EEC (LV Safety), 93/68/EEC

Výrobce
Manufacturer

KMB systems, s.r.o.
Dr. M. Horákové 559
460 06 Liberec 7
Czech Republic
IČO 47781904

prohlašuje, že
declares, that

výrobek
product

Měřicí přístroj
Measuring instrument

typ, model
type, model

SMU-33
SMU-44

odpovídá požadavkům norem a
technických předpisů :
*is in conformity with the following
standards:*

- bezpečnost
- safety

- EMC – odolnost
- EMC - immunity

- EMC – vyzařování
- EMC - emission

ČSN EN 61010-1:2003 , kategorie přepětí III
(*overvoltage category III*)

ČSN EN 61000-4-2:1997/A1:1999/Z1:2001 , třída A /class A

ČSN EN 61000-4-3 ed.2:2003/A1:2003 , třída A /class A

ČSN EN 61000-4-4:1997/Z1:2001/A2:2002 (2 kV)

ČSN EN 61000-4-4 ed.2:2005 , třída A /class A (2 kV)

ČSN EN 61000-4-5:1997/Z1:2001, třída A /class A (2 kV)

ČSN EN 61000-4-6:1997/Z1:2001, třída A /class A (3V)

ČSN EN 61000-4-11 ed 2: 2005

ČSN EN 55022:1999/A1:2001/A2:2003, třída B / class B

Certifikát o zkoušce EMC a
bezpečnosti :
EMC and safety certificate :

Protokol o zkoušce č. P/05/01/26 ze dne 30.12.2005,
zkušebna ABEGU, a.s., akr.č.1184

*Test report No. P/05/01/26, dated 30.12.2005, ABEGU, a.s. Test
Laboratory No. 1184*

Rok označení značkou CE
Year of CE-mark signing

06



Tf. Dr. M. Horákové 559
460 06 Liberec 7
DIČ: CZ47781904



Liberec, 13.11. 2006

Milan Bleha, jednatel

Místo a datum vydání
Place and date

Zodpovědná osoba-jméno,funkce, podpis
Authorized signature