

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

### EC DECLARATION OF CONFORMITY

with Council Directives 2006/95/EC (LVD), 2004/108/EC (EMC)

Výrobce  
Manufacturer

KMB systems, s.r.o.  
Dr. M. Horákové 559  
460 06 Liberec 7  
Czech Republic  
IČO 47781904

prohlašuje, že  
declares, that

výrobek  
product

Měřicí přístroj  
Measuring instrument

typ, model  
type, model

SMV-33, SMV-44  
SMP-33, SMP-44  
SMPQ-33, SMPQ-44

odpovídá požadavkům norem a  
technických předpisů :  
is in conformity with the following  
standards:

- bezpečnost
- safety
- EMC – odolnost
- EMC - immunity
- EMC – vyzařování
- EMC - emission

ČSN EN 61010-1:2003 , kategorie přepětí III  
( overvoltage category III )  
ČSN EN 61000-4-2:1997/A1:1999/Z1:2001 ( 4 kV / 8 kV )  
ČSN EN 61000-4-3 ed.2:2003/A1:2003 ( 10 V/m, 1GHz )  
ČSN EN 61000-4-4 ed.2:2005 ( 2 kV )  
ČSN EN 61000-4-5:1997/Z1:2001 ( 2 kV )  
ČSN EN 61000-4-6:1997/Z1:2001 ( 3 kV )  
ČSN EN 61000-4-11: 1996/Z1:2001 ( 5 period )  
ČSN EN 55011:1999/A1:2001 , třída A ( výrobek není určen  
do bytového prostředí ) / class A ( not for home use )  
ČSN EN 55022:1999/A1:2001/A2:2003, třída A / class A

Rok označení značkou CE  
Year of CE-mark signing

09



Tř.Dr.M.Horákové 559  
460 06 Liberec 7  
DIČ: CZ47781904  
①

Liberec, 22. 6. 2009

Milan Bleha, jednatel

Místo a datum vydání  
Place and date

Zodpovědná osoba-jméno,funkce,podpis  
Authorized signature